

PRZELICZ WYNIK LUB SKORZYSTAJ Z PONIŻSZEJ TABELI

Podaj wartość w mg/l

Wynik w promilach

TransCom 
INTERNATIONAL

mg/l

‰

Przeliczeń dokonano w oparciu o współczynnik korelacji pomiędzy stężeniami etanolu we krwi i powietrzu wydychanym, który dla populacji polskiej został wyznaczony empirycznie w proporcji 2100:1.

Tabela przeliczeniowa z mg/l na promile (‰)

mg/l	promile (‰)	mg/l	promile (‰)	mg/l	promile (‰)	mg/l	promile (‰)
0,05	0,105	0,25	0,525	0,80	1,680	1,75	3,675
0,06	0,126	0,26	0,546	0,85	1,785	1,80	3,780
0,07	0,147	0,27	0,567	0,90	1,890	1,85	3,885
0,08	0,168	0,28	0,588	0,95	1,995	1,90	3,990
0,09	0,189	0,29	0,609	1,00	2,100	1,95	4,095
0,10	0,210	0,30	0,630	1,05	2,205	2,00	4,200
0,11	0,231	0,35	0,735	1,10	2,310	2,05	4,305
0,12	0,252	0,40	0,840	1,15	2,415	2,10	4,410
0,13	0,273	0,45	0,945	1,20	2,520	2,15	4,515
0,14	0,294	0,50	1,050	1,25	2,625	2,20	4,620
0,15	0,315	0,51	1,071	1,30	2,730	2,25	4,725
0,16	0,336	0,52	1,092	1,35	2,835	2,30	4,830
0,17	0,357	0,53	1,113	1,40	2,940	2,35	4,935
0,18	0,378	0,54	1,134	1,45	3,045	2,40	5,040
0,19	0,399	0,55	1,155	1,50	3,150	2,45	5,145
0,20	0,420	0,60	1,260	1,55	3,255	2,50	5,250
0,21	0,441	0,65	1,365	1,60	3,360	2,55	5,355
0,22	0,462	0,70	1,470	1,65	3,465	2,60	5,460
0,23	0,483	0,75	1,575	1,70	3,570	2,65	5,565
0,24	0,504	0,80	1,680	1,75	3,675	2,70	5,670

Chcesz przeliczyć promile na mg/l. Zobacz tutaj



2023

www.transcom.com.pl

